remel

PathoDx®

Groupage de streptocoques

FR

Réactifs d'extraction

DOMAINE D'APPLICATION

Les réactifs supplémentaires PathoDx® de Remel destinés au groupage des streptocoques sont conçus pour une utilisation avec les kits Strep PathoDx®, lesquels contiennent tous les composants nécessaires aux différents systèmes. Ces réactifs constituent des composants de remplacement. **Pour plus d'informations et pour une utilisation correcte de ce produit, voir le mode d'emploi fourni avec les kits PathoDx® (Streptocoques du groupe A [R62005 et R62010] et les kits de groupage des streptocoques [R62025, R62076 et R62150]).**

DESCRIPTION, PRÉPARATION POUR UTILISATION ET CONDITIONS DE CONSERVATION RECOMMANDÉES

Voir également le paragraphe **Précautions et restrictions d'emploi.**

Conserver à température ambiante (entre 15 et 28°C) afin de prévenir la cristallisation des réactifs d'extraction.

EXTRACTION REAGENT 1 **Réactif 1** (bouchon rouge)

Un flacon compte-goutte contenant 7,0 ml (R62050) ou 14 ml (R62052) de réactif d'extraction. Boucher le flacon et le conserver à température ambiante (entre 15 et 28°C). A utiliser avant la date de péremption indiquée sur l'étiquette.

EXTRACTION REAGENT 2 **Réactif 2** (bouchon bleu)

Un flacon compte-goutte contenant 7,0 ml (R62055) ou 14 ml (R62057) de réactif d'extraction. Boucher le flacon et le conserver à température ambiante (entre 15 et 28°C). A utiliser avant la date de péremption indiquée sur l'étiquette.

EXTRACTION REAGENT 3 **Réactif 3** (bouchon vert)

Un flacon compte-goutte contenant 14 ml (R62060) de réactif de neutralisation Boucher le flacon et le conserver à température ambiante (entre 15 et 28°C). A utiliser avant la date de péremption indiquée sur l'étiquette.

PRECAUTIONS ET RESTRICTIONS D'EMPLOI

IVD

Les réactifs sont destinés exclusivement au diagnostic *in vitro*.

Réservé à un usage professionnel.

Pour obtenir des informations sur les composants potentiellement dangereux, voir la fiche de sécurité fournie par le fabricant et l'étiquette du produit.

INFORMATIONS DE SECURITE

1. Le réactif d'extraction 2 contient de l'acide acétique, produit considéré comme corrosif (C) selon les directives de la Communauté Economique Européenne (CEE). La nature des risques particuliers (R) et les conseils de prudence (S) attribués aux préparations dangereuses sont les suivants :

C
R34 Provoque brûlures.
S23 Ne pas respirer les vapeurs.
S26 En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment avec de l'eau et consulter un spécialiste.
S36/37/39 Porter des gants et un vêtement de protection appropriés ainsi qu'un appareil de protection des yeux et du visage.
S45 En cas d'accident ou de malaise, consulter immédiatement un médecin (si possible, lui montrer l'étiquette).

2. Le mélange des réactifs 1 et 2 présente un pH acide ; il doit donc être considéré comme potentiellement dangereux tant qu'il n'est pas neutralisé par le réactif 3. Bien qu'il soit peu probable que ces réactifs soient nocifs pour la peau, éviter tout contact avec les yeux, les muqueuses, les coupures et les excoriations. En cas de contact avec la peau, nettoyer avec de l'eau savonneuse. En cas de contact avec les yeux, rincer abondamment avec de l'eau.

T Réactif d'extraction 1
R25 Toxique en cas d'ingestion
S45 En cas d'accident ou de malaise consulter immédiatement un médecin (si possible lui montrer l'étiquette)
S37 Porter des gants appropriés

Xi Réactif d'extraction 3
R36 Irritant pour les yeux
S25 Éviter le contact avec les yeux
S26 En cas de contact avec les les yeux, laver immédiatement et abondamment avec de l'eau et consulter un spécialiste

CONDITIONNEMENT

REF R62050	Réactif 1 (7 ml)
R62052	Réactif 1 (14 ml)
R62055	Réactif 2 (7 ml)
R62057	Réactif 2 (14 ml)
R62060	Réactif 3 (14 ml)

Légende des symboles

REF	Référence de catalogue
IVD	Dispositif médical de diagnostic in vitro
LAB	Utilisation en laboratoire
	Consulter le mode d'emploi
	Limite de température (température de conservation)
LOT	Code de lot (numéro de lot)
	A utiliser avant (date de péremption)
EC REP	Représentant européen agréé
	fabricant

CE

PathoDx® est une marque de commerce de Remel Inc.
IFU X7779, Janvier 2011 révisé

Remel Inc., 12076 santa Fe Drive, Lenexa, KS 66215 USA

EC REP

Remel Europe Ltd.
Clipper Boulevard West, Crossways
Dartford, Kent, DA2 6PT
Royaune-Uni

Pour obtenir une assistance technique, contacter le distributeur local.